



## Rapport d'analyse

Référence : 2023-AW-008

Producteur.rice : Spiruline de Rospico , spiruline@rospico.bzh

Analyse : activité de l'eau (aw)

Date (MM/DD/YY) : 12/06/23

Produit : Spiruline en paillettes

Lot : 3020523

**Résultat : 0,33 aw à 25°C**

Mesure de 0,331 aw à 27,9°C

Limite GBPH :  $\leq 0,5$  aw à 25°C

Méthode utilisée :

Aw-mètre Labswift-aw de Novasina. Précision de  $\pm 0,01$  aw.

Correction température :  $(25 - \text{température mesure } ^\circ\text{C}) * 0,00015$  aw.

Prestation analytique réalisée par Pierre-Etienne Pinchart, La Spirale Verte, 20230 Linguizzetta.