



Rapport d'analyse

Référence : 2023-AW-010

Producteur.rice : Spiruline de Rospico , spiruline@rospico.bzh

Analyse : activité de l'eau (aw)

Date (MM/DD/YY) : 12/06/23

Produit : Spiruline en paillettes

Lot : 4060523

Résultat : 0,34 aw à 25°C

Mesure de 0,346 aw à 27,7°C

Limite GBPH : $\leq 0,5$ aw à 25°C

Méthode utilisée :

Aw-mètre Labswift-aw de Novasina. Précision de $\pm 0,01$ aw.

Correction température : $(25 - \text{température mesure } ^\circ\text{C}) * 0,00015$ aw.

Prestation analytique réalisée par Pierre-Etienne Pinchart, La Spirale Verte, 20230 Linguizzetta.